

SURAT KETERANGAN IRADIASI

Izin Pemanfaatan Iradiator Co-60 Nomor: 04998.371.1.300523

Nomor : 1/COI/MD-IMP-01/I/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

PT. Ion Merah Putih menerangkan bahwa produk-produk yang tercantum di bawah ini telah menerima kisaran dosis iradiasi Gamma dalam ketepatan dan keakuratan sistem dosimetri yang digunakan.

Deskripsi Produk	Jumlah	No.Batch	Tgl. Iradiasi	Dosis Iradiasi (kGy)	
				Minimum	Maksimum
Raw Medicine	32	5437	4/1/2024	5.77	6.47

Dosis Rata-rata: 6.12 kGy

Demikian Surat Keterangan Iradiasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Ion Merah Putih
Direktur Utama



PT. ION MERAH PUTIH
Your Partner in gamma sterilization & food preservation

D. Gustam, Dipl. Ing., MA.

SURAT KETERANGAN IRADIASI

Izin Pemanfaatan Iradiator Co-60 Nomor: 04998.371.1.300523

Nomor : 17/COI/MD-IMP-01/I/2024

Tanggal : 11 Januari 2024

PT. Ion Merah Putih menerangkan bahwa produk-produk yang tercantum di bawah ini telah menerima kisaran dosis iradiasi Gamma dalam ketepatan dan keakuratan sistem dosimetri yang digunakan.

Deskripsi Produk	Jumlah	No.Batch	Tgl. Iradiasi	Dosis Iradiasi (kGy)	
				Minimum	Maksimum
Raw Medicine	23	5447	9/1/2024	5.79	6.31

Dosis Rata-rata: 6.05 kGy

Demikian Surat Keterangan Iradiasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Ion Merah Putih
Direktur Utama



D. Gustam, Dipl. Ing., MA.